

附件 1:

单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 甘光明	工作单位: 东南大学
	职称: 高级实验师	职务:
项目信息	项目名称: 南京医科大学激光双光子共聚焦显微镜维修采购项目	
	供应商名称: 江苏省生产力促进中心	
专家论证意见	南京医科大学分析测试中心 LSM710、LSM880蔡司共聚焦显微镜使用年限增加, 经检修, 需更换高压板、通道光学控制等组件, 由于属于进口精密仪器, 为保证单位激光共聚焦显微镜正常运行, 建议进行单一来源采购, 购置原厂器部件!	
专家签字	甘光明	签字日期 2024年4月10日

注: 本表格中专家意见由专家手工填写。

附件 1:

单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 刘松琴	工作单位: 东南大学
	职称: 教授	职务:
项目信息	项目名称: 南京医科大学激光双光子共聚焦显微镜维修采购项目	
	供应商名称: 江苏省生产力促进中心	
专家论证意见	南京医科大学分析测试中心 LSM 700、LSM 880 蔡司共聚焦显微镜使用年限增加, 经检修, 零更换高压板、三通道光学控制、高压板、powersupply 等组件, 由于属于进口精密仪器, 为保证该单位激光共聚焦显微镜正常稳定运行, 建议进行单一来源采购, 购置原厂器部件!	
专家签字	刘松琴	签字日期 2024年4月10日

注: 本表格中专家意见由专家手工填写。

附件 1:

单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名: 马洪雨	工作单位: 南京农业大学
	职称: 高级实验师	职务:
项目信息	项目名称: 南京医科大学激光双光子共聚焦显微镜维修采购项目	
	供应商名称: 江苏省生产力促进中心	
专家论证意见	<p>南京医科大学分析测试中心 LSM 700、LSM 880 蔡司共聚焦显微镜使用年限增加, 经检修, 需更换高压板、三通道光学控制 power supply 等组件, 由于属于进口精密仪器, 为保证该单位激光共聚焦显微镜正常稳定运行, 建议进行单一来源采购, 购置原厂器部件!</p>	
专家签字	马洪雨	签字日期 2024 年 4 月 10 日

注: 本表格中专家意见由专家手工填写。