

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 个人信息	姓名： 许同来
	职 称： 高级工程师
	工作单位： 南京市儿童医院
项目信息	项目名称： 南京医科大学激光器采购项目
	供应商名称： 南京微弗德科学仪器有限公司
专业人员 论证意见	<p>本次更换的激光器为原有主机的重要配件，更换的设备须从原厂购买才能保证实验结果的可靠性和设备的正常运行。各厂家的激光共聚焦显微镜的参数各有不同，无法通用，再次各厂家的激光器都有相应的控制系统模块，激光器的控制系统都有唯一性，不能与其他厂家的共聚焦显微镜的操作系统兼容匹配，也不能通用。此供应商南京微弗德科学仪器有限公司是蔡司光学仪器江苏省科研区域的总代理，拥有相应的技术和售后服务团队，可以保证得到原厂一样的服务质量。符合《政府采购法》第31条《中国政府采购法实施条例》第27条规定，同意采用单一来源方式采购。</p>
专业人员 签 字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">许同来</div> <div style="width: 45%;">日期 2023年12月29日</div> </div>

注：本表格中“专业人员论证意见”需由专业人员手工填写，且论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 个人信息	姓名:	蔡伟强		
	职 称:	高工		
	工作单位:	省级机关医院		
项目信息	项目名称:	南京医科大学激光器采购项目		
	供应商名称:	南京微弗德科学仪器有限公司		
专业人员 论证意见	<p>采购单位使用的是超高端精密科研仪口,现需要更换设备的重要配件。为了确保设备和科研工作正常进行,有以下建议供参考:</p> <p>1. 高端精密仪口设备的研制,都有其特殊性。因此建议采用原厂的配件为宜,以达到仪口原有的使用效率。</p> <p>2. 高端精密仪口设备内部的控制和功能实现,都有其独特的设计理念及规范,这是替代品所不太可能实现的效率。</p> <p>3. 售后服务也是关键的一个环节。</p> <p>故建议采用单一来源方式采购,以发挥超高端设备的原有功能。</p>			
专业人员 签 字	日期	2023年12月29日		
蔡伟强				

注:本表格中“专业人员论证意见”需由专业人员手工填写,且论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 个人信息	姓 名： 胡平
	职 称： 教授
	工作单位： 南京邮电大学
项目信息	项目名称： 南京医科大学激光器采购项目
	供应商名称： 南京微弗德科学仪器有限公司
专业人员 论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">蔡司LSM900共聚焦显微镜激光 器配件，必须从原厂购买才能保证 设备的正常运行。各厂家的激光共聚 焦显微镜其光路和光学部件有严格 测试标准，各家参数都不同，无法统 一通用。各厂家的激光器都有相应的 控制模块，而且都有唯一性，不能相互 兼容匹配。所以只有买原厂配件 才能保证设备的质量。</p>
专业人员 签 字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">胡平</div> <div style="width: 20%;">日 期</div> <div style="width: 40%;">2023年12月29日</div> </div>

注：本表格中“专业人员论证意见”需由专业人员手工填写，且论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由。