

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	叶
	职称:	研究员
	工作单位	南京鼓楼医院
项目信息	项目名称:	南京医科大学激光共聚焦配件采购项目
	供应商名称:	南京奥力生物科技有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 奥林巴斯FV1200激光器和物镜是其系统的核心部件,一直由原厂技术服务。两种和接口具有兼容性,与其他厂商和器构造不符,其他厂商无法提供服务。建议购买原厂服务和配件。	
专业人员签字	叶	日期 2016 年 8 月 18 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘子
	职称: 主任技师
	工作单位: 南京鼓楼医院
项目信息	项目名称: 南京医科大学激光共聚焦配件采购项目
	供应商名称: 南京奥力生物科技有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 奥林巴斯 IV100 激光头, 物镜是设备的核心部件, 该台设备通用性强, 只能由原厂家提供, 产品结构和设计具有独特性, 和其他家无法兼容, 建议, 使用原厂。
专业人员签字	刘子 日期 2026 年 8 月 18 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 舒琳
	职称: 副研究员
	工作单位: 南京鼓楼医院
项目信息	项目名称: 南京医科大学激光共聚焦配件采购项目
	供应商名称: 南京奥力生物科技有限公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 奥林巴斯 FU1200 激光器和物镜是其聚焦显微镜系统的核心部件, 激光功率实时调节, 物镜随时切换, 所有物镜光路同轴, 可通过触摸屏或电脑软件控制; 且与其它品牌的激光器和物镜无法同轴兼容, 只能使用原厂。 因此只能采用单一来源采购的方式。
专业人员签字	舒琳 日期 2026年 8 月 18 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。