附件 1：

单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名：甘光明	工作单位：东南大学
	职称：副教授	职务：
项目信息	项目名称：南京医科大学电镜平台维保采购项目	
	供应商名称：江苏省生产力促进中心	
专家论证意见	南京医科大学电镜平台，现有日本电子电子显微镜中，两台透射电镜，一台场发射扫描电镜，从所提供的使用机时来看，属于高负荷运转，对透射电镜的真空泵、水箱、变压器负荷较大，其中一台JEM-1010透射电镜，购置年限长，线路老化严重，建议购置维保进行频繁-定期维护，更换老化部件，夏季两台电镜由于长期运转，建议购置维保，对其真空泵、水箱等进行定期维护保养，保证电镜所需的高真空，高压环境，增加电镜核心部件使用寿命，保证电镜正常运行。 建议购置具有原厂家授权及具备专业资质的公司的维保，保证更换及维护的件属于原厂配件。	
专家签字	甘光明	签字日期 2022 年 4 月 19 日

注：本表格中专家意见由专家手工填写。

附件 1：

单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名：马洪雨	工作单位：南京农业大学
	职称：教授	职务：
项目信息	项目名称：南京医科大学电镜平台维保采购项目	
	供应商名称：江苏省生产力促进中心	
专家论证意见	南京医科大学电镜平台具有3台日本电子显微镜，其中透射电镜两台，扫描透射扫描电镜一台，由于设备电压等量已大，三台电镜高负荷运转，其中一台透射电镜JEM-1010的置年限高，考虑电路老化较为严重，建议购买维保，透射电镜JEOL JEM-1400 Flash及扫描电镜JEOL JSM-7900高负荷运转，对水冷制冷，高压负荷较大，为确保科研需求，保证电镜正常运转，建议购买维保，定期保养。 建议购置具有厂家授权、具有专业技术能力公司购买维保。	
专家签字	马洪雨	签字日期 2022年4月19日

注：本表格中专家意见由专家手工填写。

附件 1：

单一来源采购方式专家论证意见

专家信息	姓名：李艳肖	工作单位：江苏大学
	职称：	职务：分析测试中心一主任
项目信息	项目名称：南京医科大学电镜平台维保采购项目	
	供应商名称：江苏省生产力促进中心	
专家论证意见	根据南京医科大学电镜平台提供的仪器名单及使用情况来看，其3台日本电子显微镜属于高负荷运转，其中透射电镜JEM-1010购置年限长，设备老化严重，建议购置维保进行定期维护、保养，对易损部件进行更换。由于透射电镜JEOL JEM-1400 Flash及场发射扫描电镜JEOL JSM-7900F同样属于高负荷运转，电镜样品频繁换样，对其高真空负荷较大，建议购置维保，对其真空泵进行定期维护，保证仪器正常运行。 该校三台电镜都属于日本电子，需购置原厂部件进行维护，建议向具有厂家授权及专业资质的公司购买维保	
专家签字	李艳肖	签字日期 2022 年 4 月 19 日

注：本表格中专家意见由专家手工填写。